

ODPOWIEDZI NR 1

Dotyczy: Zapytania ofertowego na Sukcesywną Dostawę Materiałów jednorazowych na rok 2026.

Numer postępowania: 06U/2025

Nazwa i adres Zamawiającego

Miejskim Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej Nr 1
ul. Prądyńskiego 11
05-200 Wołomin

INFORMACJA

W przypadku gdy zaoferowany produkt nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r. Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia.

Pytania i odpowiedzi:

Pytanie nr 1.

Zadanie 4. Prosimy Zamawiającego o wskazanie czy w ww. pozycji oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony czy też dopuszcza tańszy papier kompatybilny.

Odpowiedź: Zamawiający oczekuje papieru oryginalnego producenta Sony, PAPIER DO USG UPP110/HG/18

Pytanie nr 2. Czy w **Zadaniu nr 1 w poz. 2** powinny być zaoferowane szczoteczki cytologiczne, których efektywność została klinicznie zweryfikowana?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 3. prosimy o wyrażenie zgody na wydzielenie **z Zadania nr 1 poz. 2** do odrębnego pakietu. Wydzielenie z pakietu pozwoli na wzięcie udziału w przetargu większej liczby oferentów, a tym samym, pozytywnie wpłynie na możliwość wyłonienia przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty.

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody.

Pytanie nr 4.

Dotyczy Parametry Techniczne: Zadanie nr 7, Pozycje 1-2:

- a) Czy Zamawiający wymaga, aby na rękawach znajdowała się informacja o kolorze wskaźników przed i po sterylizacji w języku polskim? Takie rozwiązanie minimalizuje pomyłkę interpretacyjną podczas odczytywania wyników testu.
- b) Czy w celu wykluczenia wielokrotnego użycia opakowań Zamawiający wymaga, aby na rękawach umieszczony był piktogram przekreślonej liczby 2, który informuje o tym, iż zaoferowane opakowanie jest jednorazowego użytku?
- c) Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta bez prążków, o powierzchni nie mniejszej niż 1 cm² zgodnie z normą PN 868 ?
- d) Czy Zamawiający wymaga, aby wskaźnik sterylizacji miał postać jednolitego prostokąta pozbawionego napisów na nim, co gwarantuje poprawne zinterpretowanie koloru wskaźnika przed i po sterylizacji.
- e) Czy Zamawiający wymaga, aby ze względów higienicznych rękawy zabezpieczone były przezroczystą, termokurczliwą folią?

Odpowiedź: Tak wymagamy

Pytanie nr 5.

Zadanie nr 7, pozycja 2: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie rękawa papierowo foliowego o rozmiarze 5 cm x 200m?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 6.

Zadanie nr 14, pozycja 1: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie testów typu Sporal A pakowanych po 100 szt/opakowanie z możliwością zamówienia na sztuki?

Odpowiedź: Dopuszczamy. Zamawiający informuje, że przedmiot zamówienia będzie zamawiany sukcesywnie na sztuki. Jednorazowy zakup 100 sztuk będzie możliwy jedynie w przypadku długiego terminu ważności produktu.

Pytanie nr 7.

Zadanie nr 14, Pozycja 2: Czy Zamawiający wymaga aby testy Bowie & Dick aby każdy test był opakowany w opakowanie strunowe - takie rozwiązania zapewnia bezpieczeństwo podczas transportu oraz przechowywania testów.

Odpowiedź: Tak wymagamy

Pytanie nr 8.

Zadanie 5, poz.3

Czy zamawiający dopuści podkład w formie rolki , o wymiarach 33 cm x 50 cm x 25 m (50 listków) – pakowane po 12 rolek?

Czy zamawiający dopuści podkład o wymiarach 33 cm x 48 cm, pakowany po 80 szt. w pudełku składane, –po 6 pudełek zbiorczo?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ i wymaga 50 sztuk rolek na rok, dopuszcza podkład w formie rolki , o wymiarach 33 cm x 50 cm x 25 m.

Pytanie nr 9.

Dotyczy Pakiet nr 14, pozycja nr 1: Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie produktu równoważnego w postaci paska bibuły nasączonego sporami w bardziej profesjonalnym opakowaniu z papieru pergaminowego zabezpieczającego przed kontaminacją?

Odpowiedź: Dopuszczamy

Pytanie nr 10.

Dotyczy Pakiet nr 14: Asortyment ujęty w Pakiecie nr 14 nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych z dnia 7 kwietnia 2022r.. Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści stosowne oświadczenie.

Odpowiedź: W przypadku, gdy zaoferowany produkt nie jest wyrobem medycznym w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach medycznych, Zamawiający wymaga dołączenia do oferty stosownego oświadczenia.

Pytanie nr 11.

Dotyczy wzoru umowy § 10, ustęp 1, punkt 2, podpunkt b-d: Prosimy o zmniejszenie kar umownych do 1% wartości dostawy. Kara w obecnej wysokości byłaby rażąco wysoka w przypadku niewielkich Zamówień.

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę.

Pytanie nr 12.

ZADANIE NR 1.POZ. 9. Wzierniki ginekologiczne rozmiar XL

NIE SPOTKAŁAM SIĘ Z TAKIM ROZMIAREM - XL, CZY CHODZI O L, CZY O JAKIŚ SPECYFICZNY TYP WZIERNIKA?

W ROZMIARZE XL MAMY:

Wziernik ginekologiczny typ CUSCO, rozmiar XL (long) 35 x 130 mm żółty

czy to ten macie Państwo na myśli?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 13.

ZADANIE NR 5 , czy mogę dać w zamian 50m? (wychodzą taniej w przeliczeniu na metr)

POZ. 1. Podkład medyczny 50 cm x 80m Podkład medyczny 50cmx50m celuloza 2-warstwy

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie nr 14.

ZADANIE NR 5 , czy mogę dać w zamian 50m? (wychodzą taniej w przeliczeniu na metr POZ. 2. Podkład medyczny 50 cm x 80m Podkład medyczny 60cmx50m celuloza 2-warstwy

Odpowiedź: Nie wyrażamy zgody

Pytanie nr 15.

ZADANIE 10 POZ. 4. Kompresy niejłowe MAJĄ BYĆ GAZOWE (13 NITKOWE, CZY 17 NITKOWE) CZY WŁÓKNINOWE ?

Odpowiedź: 17 nitkowe

Pytanie nr 16.

ZADANIE 10 POZ. 5. Plaster papierowy na rolce/ przylepiec

Z OPATRUNKIEM, CZY BEZ?

SZEROKOŚĆ PLASTRA?

DŁUGOŚĆ NAWOJU NA ROLCE?

Odpowiedź: PLASTER papierowy przylepiec 5m x 2,5cm na rolce

Pytanie nr 17.

Zadanie 10 POZ. 8. Opatrunek żelowy 10x10x10mm .Czy mogę prosić o doprecyzowanie?

Odpowiedź: Opatrunek żelowy na oparzenia 10x10x10 cm

Pytanie nr 18.

Zadanie 10 POZ. 9. Przylepiec poiniekcyjny z nacięciem INTRA , Czy może być Przylepiec poiniekcyjny z nacięciem 5mx4cm o innej nazwie niż INTRA?

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 19.

Zadanie 10 POZ. 10. Gaza jałowa 0,5 m2 13n - Gaza jałowa 17N 1m2 SoftMed REF: G171M - lepsza/droższa w cenie tej tańszej.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 20.

Zadanie 10 POZ. 11. Gaza jałowa 1,0 m2 13n - Gaza jałowa 17N 1/2m2 SoftMed REF: G171/2M - lepsza/droższa w cenie tej tańszej.

Odpowiedź: Tak

Pytanie nr 21.

Zadanie 10 POZ. 13. Gaziki jałowe 5X5 a'3 PAKOWANE PO 50 - Kompres gazowy jałowy 5x5 17N 8W A'3 (op. 100 blisterów)

Odpowiedź: Tak w przeliczeniu na ilość wymaganą przez Zamawiającego.

Pytanie nr 22.

ZADANIE NR 15 POZ. 3. Maseczka antywirusowa KN95 FFP2 50 szt. - czy może być pakowana po 30 szt?

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość pakowania masek w opakowaniach po 50 sztuk lub po 30 sztuk.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że łączna ilość masek przewidziana na rok 2026 wynosi 2500 sztuk.

Pytanie nr 19.

Proszę o szacunkowe określenie częstotliwości i wartości zamówień.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga realizacji dostaw w sposób sukcesywny, zgodnie z bieżącymi potrzebami. Jako podmiot leczniczy nie jest w stanie precyzyjnie określić ani częstotliwości, ani wartości poszczególnych zamówień, gdyż uzależnione są one od zmieniającego się zapotrzebowania wynikającego z aktualnej działalności medycznej.

Zamawiający rozumie, że koszty transportu, wyładunku oraz inne koszty związane z realizacją dostaw ponosi Wykonawca, dlatego dołoży starań, aby zamówienia były składane w sposób przemyślany i racjonalny, z uwzględnieniem zarówno potrzeb Zamawiającego, jak i efektywności realizacji dostaw przez Wykonawcę.